

OPIS SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY

I. Nazwa aparatu - **Aparat RTG Perform – X Radiographic System (DP – DR)**

- producent: CPI, Kanada
- typ/model: VZW2556RC2-M4
- nr fabryczny: CPD33645E19
- nr ewidencyjny: 8 ST0070/2019
- rok produkcji: 2019

II. Wyposażenie:

- stacja lekarska opisowa EIZO
- duplikator płyt PP-100-II
- detektor XRPAD 4343 NED S/N φ2648
- detektor XRPAD 4343 NED S/N φ2506

III. Podstawowe parametry techniczne aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych Control – X, Perform X

1. Generator: model VZW2556RC2-M4

- zasilanie z sieci 3x400V 50 Hz
- moc 32 kW (maksymalna moc dostępna podczas ekspozycji)
- zakres napięć 40-125 kV
- zakres prądów 25-400 mA, 300 mA przy 100 kV
- zakres mAs 0,4 – 600
- pulpit z programami anatomicznymi

2. Stół RTG: XRPAD 02648

- o stałej wysokości(74,5cm) – z blatem pływającym
- maksymalna nośność stołu z pacjentem – 250 kg
- kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 86-112 cm

3. Kolumna:

- z szyną podłogową(opcja podłogowo-sufitową, podłogowo-podsufitową lub sufitową)
- zakres ruchu wzdłuż stołu – 195 cm
- położenie ogniska od podłogi – od 25 do 187 cm
- hamulce elektromagnetyczne
- obrót lampy w osi poziomej $\pm 180^{\circ}$
- wskaźnik kąta pochylenia lampy - mechaniczny
- waga – 140,5 kg

4. Lampa RTG: model RAD-60

- z anodą wirującą o pojemności cieplnej 130 kHU
- dwuogniskowa, ogniska: 0.6/1.2 mm,

IV. STAN TECHNICZNY

Przedmiotowy używany aparat RTG Perform – X Radiographic System (DP – DR) jest sprawny i kompletny.

Aparat przechodził regularne przeglądy techniczne i bieżące naprawy.

W ostatnim wpisie w Paszport techniczny wykazano, że aparat jest sprawny i przeszedł okresowy przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Cena wywoławcza Aparatu RTG wynosi - 50 000,00 zł netto (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)